

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	平舆县人民医院			
项目名称	平舆县人民医院 MRC880球管采购项目			
专业人员信息	姓名	何佳	手机号码	13653710772
	职称	主任		
	工作单位	河南君申医院		
专业人员论证意见	<p>该项目采购的货物为飞利浦公司生产的Ingenity CT机上使用的球管，市场上使用的各厂家生产的CT球管，因其配重、机械结构、通讯协议、电缆接口、大小均不一致，各厂家均不可互通互用，为保证该院CT正常运行和安全保障，只能采购飞利浦公司的MRC880球管。郑州光耀电子技术有限公司为飞利浦公司在河南的唯一授权销售MRC880球管的供应商，符合政府采购法第三十一条第一款之规定，同意采用单一来源方式采购。</p>			
专业人员签字	何佳		日期 2025年1月8日	